

仕 様 書

1 購入品名及び数量等

番号	品名	規格・品番等	数量
1	視線計測装置	①対象者の矯正視力で計測が可能であること。(眼鏡を着用したまま使用可能であることまたは矯正レンズを使用可能であり、その矯正レンズを本調達に含めること。) ②サンプリングレートが100Hz以上であること。 ③90°以上の水平視野角を有すること。 ④両眼での計測が可能であること。 ⑤計測データをSDカードに記録可能であること。 【参考品】 EMR-10 (株)ナックイメージテクノロジー Tobii Pro グラス3 tobii	一式

特記事項

参考品以外の製品を納入することで参加を希望する者は、納入予定品一覧表に品名等を記載し、仕様を満たしていることを確認することができる資料と共に、一般競争入札参加資格確認申請書に添付して提出すること。

納品日等については、事前に担当者と打ち合わせの上、その指示に従うこと。

納品時に施設、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担により原状復帰すること。

納品後、不要な梱包材等は受注者の負担で引き取ること。

2 納入場所

千葉県千葉市中央区仁戸名町645番1
千葉県立保健医療大学 仁戸名キャンパス

3 履行期限

令和5年10月31日