

6 計量証明検査

計量証明事業に使用する特定計量器（ガラス電極式水素イオン濃度検出器を除く）はその計量器ごとに省令で定められた周期で検査を受けることが義務付けられています。

このうち、環境計量証明事業用の計量証明検査について、令和4年度は振動レベル計の検査を行いました。

(1) 器種別検査実績

実施時期 令和4年4月14日～15日（2日間延べ4名）

種類	検査事業所数	検査器数	不合格数	手数料(円)
振動レベル計	12	44	0	1,425,600
合計	12 (13)	44	0	1,425,600

注：（）内は登録事業者数

(2) 年度別検査実績

区分		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
検査日数		13	2	3	12	2	
延べ人数		26	4	9	24	4	
事業所数		20	15	90	74	13	
検査対象事業所数		47	13	71	46	12	
検査事業所数		47	13	71	46	12	
検査件数	ガラス電極式水素イオン濃度指示計	0	0	77	0	0	
	酸素濃度計	ジルコニア式	20	0	0	15	0
		磁気式	19	0	0	17	0
	非分散型赤外線式濃度計	二酸化硫黄	0	0	0	1	0
		窒素酸化物	0	0	0	0	0
		一酸化炭素	23	0	0	12	0
	化学発光式窒素酸化物濃度計	19	0	0	21	0	
	騒音計	精密騒音計	43	0	10	38	0
		普通騒音計	11	0	47	0	0
	振動レベル計	0	48	0	0	44	
合計	164	48	134	104	44		
不合格数	ガラス電極式水素イオン濃度指示計	0	0	2	0	0	
	酸素濃度計	ジルコニア式	0	0	0	0	0
		磁気式	1	0	0	0	0
	非分散型赤外線式濃度計	二酸化硫黄	0	0	0	0	0
		窒素酸化物	0	0	0	0	0
		一酸化炭素	1	0	0	0	0
	化学発光式窒素酸化物濃度計	1	0	0	0	0	
	騒音計	精密騒音計	0	0	0	0	0
		普通騒音計	0	0	0	0	0
	振動レベル計	0	0	0	0	0	
合計	3	0	2	0	0		
手数料額（円）		10,656,100	1,555,200	3,388,000	8,544,600	1,425,600	